

**RICHIESTA CHIARIMENTI - PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI UN TELECOMANDATO DIGITALE DIRETTO PER LA ASL DI SANLURI**

CHIARIMENTO N.1

**D.1)** Si richiede di conoscere se le attuali barriere antix siano congrue ad intercettare le radiazioni dell'apparecchiatura esistente

**R.** Le attuali barriere antix hanno uno spessore pari a 2 millimetri.

Il Rup  
G.Ortu