

RICHIESTA CHIARIMENTI - PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI UN TELECOMANDATO DIGITALE DIRETTO PER LA ASL DI SANLURI

CHIARIMENTO N.2

D.1) non essendo disponibili in situ le informazioni relative allo spessore delle barriere proteximetriche, si chiede di indicare il dimensionamento delle stesse (pareti, porte, finestre, visiva)

R. Le attuali barriere antix hanno uno spessore pari a 2 millimetri comprese porte e pareti

D.2) Si richiede se la base d'asta di Euro 300.000,00 iva esclusa sia inclusiva del costo di contratto di manutenzione per 60 mesi successivi al periodo di garanzia minimo richiesto (24 mesi)

R. La base d'asta di Euro 300.000,00 è relativa alla sola apparecchiatura, non comprende il contratto di manutenzione per i 60 mesi successivi al periodo di garanzia richiesto (24 mesi).

D.3 Si richiede di specificare la base d'asta della fornitura e la base d'asta della manutenzione, questo in quanto nell'allegato 6 schema di dettaglio prezzi unitari vengono richieste due percentuali di sconto distinte:

R. La base d'asta della fornitura è pari a € 300.000,0 non c'è base d'asta della manutenzione

Il Rup
G.Ortu