

RICHIESTA CHIARIMENTI - PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI UN TELECOMANDATO DIGITALE DIRETTO PER LA ASL DI SANLURI

CHIARIMENTO N.3

D.1 Si chiede se il progetto elettrico firmato da professionista abilitato sia richiesto nella fase di offerta di gara o nella fase successiva all'aggiudicazione.

Si chiede altresì se è onere dell'impresa verificare e documentare alla ASL che la struttura portante su cui è posato attualmente il tavolo radiologico da sostituire, sia idonea ad accogliere i nuovi macchinari.

R. Il progetto elettrico dovrà essere presentato nella fase successiva all'aggiudicazione così pure la documentazione da produrre in relazione alla struttura portante

Il Rup
G.Ortu