

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA



AZIENDA SANITARIA LOCALE n°6 Sanluri

PRESIDIO OSPEDALIERO N.S. DI BONARIA
SAN GAVINO MONREALE

Servizio Nefrologia e Dialisi
(Direttore dr. Ferruccio Bolasco)

GARA APPALTO PER I SERVIZI DIALISI DELL'AZIENDA USL N. 6

Forma oggetto del presente appalto la fornitura a favore di questa Azienda in vari lotti, e in modalità "service", di:

- trattamenti dialitici destinati alle Unità Operative del territorio e Ospedaliere completi di tutto quanto necessario e appresso specificato;
- noleggio apparecchiature (reni artificiali, letti, ecc..) di cui 15 per l'Ospedale e 5 per il territorio;
- impianto trattamento acqua presso il Centro Dialisi dell'Ospedale San Gavino tipo biosmosi inversa con disinfezione chimica per n.15 posti dialisi;
- funzionamento del nuovo CAL di Serramanna, con tutti i requisiti impiantistici e strutturali per n. 12 postazioni rene, nel rispetto delle norme di accreditamento contenute nel Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale del 29/06/98 n. 1975/3° Servizio, in B.U.R.A.S. n. 19 del 23/07/98, Supplemento Straordinario;
- trasferimento e sistemazione dotazioni in uso a Villamar e esecuzione di tutto quanto necessario perché sia garantita la completa funzionalità dell'U.O. da attivare in Serramanna.
- Eventuali prestazioni professionali infermieristiche e di ausiliari da destinare alla conduzione dialitica del centro dialisi di S. Gavino e Serramanna. Il personale infermieristico dovrà essere già formato.

ART. 1

Criteri generali sulla fornitura dei presidi dialitici

Il numero delle dialisi/anno indicato è approssimativo e non tassativo, ragione per la quale l'aggiudicatario dovrà accettare che le quantità dei prodotti potranno essere soggette a variazioni in aumento nel limite massimo del 20% senza sollevare eccezioni al riguardo o pretendere compensi o indennizzi di sorta.

Le forniture dei prodotti in modalità “service” devono essere intese come pacchetti “chiavi in mano”, e quindi ogni prodotto aggiudicato deve essere completo di tutte le voci, pena l’esclusione.

La fornitura delle apparecchiature in service, laddove prevista, deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) essere nuova di fabbrica (se non diversamente precisato nella descrizione dei singoli lotti);
- b) essere fornita entro 30 giorni lavorativi dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione.
- c) Ogni 5 reni artificiali forniti deve essere compreso n. 1 (uno) rene artificiale di riserva: conseguentemente la fornitura di apparecchiatura deve essere aumentata del 20%

Le specifiche generali delle apparecchiature devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) completezza di tutte le componenti;
- b) sicurezza secondo le norme vigenti;
- c) installazione e collaudo della ditta fornitrice;
- d) formazione del personale;
- e) assistenza tecnica e manutenzione (preventive e su chiamata entro 24 ore dalla stessa), comprensiva di mano d’opera e pezzi di ricambio;
- f) schede tecniche in lingua italiana;
- g) manuali d’uso in lingua italiana.

La ditta aggiudicataria, qualora ponga in commercio durante il periodo della fornitura nuovi kits o nuove apparecchiature riconducibili a quelle della presente gara che presentino oggettivi miglioramenti in termini di rendimento e funzionalità, dovrà proporre alle Aziende di sostituire i prodotti nuovi in luogo di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni stabilite nella gara senza alcuna variazione in aumento dei prezzi.

Requisiti delle apparecchiature dialitiche (se non diversamente specificato sono da ritenersi caratteristiche indispensabili per l’aggiudicazione)

Requisiti obbligatori

1. Marchio CE
2. Monitor nuovo di fabbrica e di ultima generazione
3. Circuito idraulico single-pass senza possibilità di ricircolo del dialisato
4. Dotazione di ago singolo con doppia pompa ematica
5. Realizzazione metodica HD, AFB/HDF con liquido di reinfusione in sacche e HDF/HF on line
6. Sistema di sicurezza contro l’inversione accidentale delle soluzioni di concentrato
7. $Q_b = 0$ a 400ml/m o maggiore
8. $Q_d = 350$ a 700 ml/m o maggiore
9. Emodialisi con UF sequenziale o isolata
10. Possibilità di utilizzo dei concentrati in polvere o liquidi

11. Concentrazione del sodio e bicarbonato variabile ed indipendente l'uno dall'altro
12. Visualizzazione della pressione arteriosa, venosa, conducibilità, temperatura del dialisato
13. Programmazione oraria UF, modificabile in corso di trattamento
14. Pompa eparina incorporata
15. Rilevamento delle perdite ematiche
16. Rilevamento preciso, istantaneo ed affidabile della presenza di bolle d'aria nel circuito ematico
17. Sistema di allertamento e controllo della back-filtration
18. Sistema d'ultrafiltrazione del dialisato
19. Cicli automatici di lavaggio e disinfezione chimica
20. Sistema di controllo programmabile della pressione arteriosa e frequenza cardiaca
21. Possibilità di collegamento a computer attraverso una rete informatica per scaricare in automatico i dati del rene artificiale e del paziente
22. Reggifiltro per ogni apparecchiatura e per ogni geometria di filtro utilizzato
23. Copertura assicurativa full-risk

Requisiti preferenziali

1. Facilità d'uso da parte del personale (funzionalità, maneggevolezza, adattamento al contesto operativo secondo le tecniche del Reparto) (5% del punteggio globale)
2. Possibilità di eseguire tutte le metodiche : HDB,HDF,AFB, AFB-K) (5% del punteggio globale)
3. Realizzazione della metodica AFB con sistema di monitoraggio delle sicurezze e sistema di sorveglianza della prescrizione di trattamento e del bilancio del bicarbonato validata da lavori clinici su riviste nazionali e/ o estere (n° > 10 lavori clinici)) (5% del punteggio globale)
4. **Profili individuali ed indipendenti del sodio e del potassio**) (5% del punteggio globale)
5. Fornitura di un programma informatico per la previsione del bicarbonato da infondere in relazione alla bicarbonatemia pre-dialitica del paziente) (5% del punteggio globale)
6. Infusione in post diluizione di volumi da 0 a 5 litri / h con gestione gravimetrica dell'infusione e allarme di infusione errata e fine infusione) (5% del punteggio globale)
7. Possibilità di disinfezione termica) (5% del punteggio globale)
8. Disinfezione chimica con controllo del pH della soluzione aspirata) (5% del punteggio globale)
9. Monitoraggio continuo del pH della soluzione dializzante) (5% del punteggio globale)
10. Priming automatico) (5% del punteggio globale)
11. **Biosensore non invasivo per la determinazione dell'efficienza dialitica**. Nel caso in cui il biosensore dovesse richiedere materiale di consumo "disposable" per il suo funzionamento questo non dovrà costituire onere economico aggiuntivo.) (5% del punteggio globale)
12. **Monitoraggio del volume ematico** con adeguamento in tempo reale della conducibilità e del calo peso orario in funzione della prescrizione impostata) (15% del punteggio globale)

13. Possibilità di memorizzare i trattamenti dialitici direttamente a video secondo le particolari esigenze del paziente) (5% del punteggio globale)
14. Sistema carta paziente che consenta il set-up automatico del rene artificiale all'avvio della seduta) (5% del punteggio globale)
15. Dialisato filtrato con doppio filtro e eventualmente utilizzabile come liquido di infusione EV per HDF on line) (5% del punteggio globale)
16. Concentrato per bicarbonato dialisi senza acetato) (5% del punteggio globale)
17. Misuratore di pressione arteriosa con metodo acustico e oscillometrico) (5% del punteggio globale)
18. Possibilità di misurazione facile e accurata della rimozione del soluto(5% del punteggio globale)

Filtri per emodialisi

Requisiti indispensabili

Come specificati nei singoli lotti

Requisiti preferenziali

- 1) Disponibilità ad offrire filtri di superficie dializzante diverse da quelle indicate, nell'ambito della tipologia, senza variazione di prezzo;
- 2) Facile assemblaggio e maneggevolezza.
- 3) Requisiti di biocompatibilità e di efficienza valutabili con esami in vivo.

Requisiti dei letti bilancia (n. 20 letti bilancia)

1. Sistema di pesatura a quattro sensori interni integrato nella struttura della rete (senza basamento)
2. Rete rigida elettrica a tre snodi idonea al massaggio cardiaco, con movimenti indipendenti per alzatesta e alzagambe, regolazione tramite pulsantiera, movimenti elettrici.
3. Portata uguale o maggiore di 140 kg.
4. Lettura con valori analogici alla testata letto
5. Tara per azzeramento
6. Letto utile uguale maggiore di 190 cm.
7. Possibilità di posizionare il paziente in Trendelemburg
8. Spostabilità su 4 ruote piroettanti dotate di sistema di bloccaggio

Linee Ematiche

- Perfettamente compatibili con il rene artificiale
- Prodotte dalla stessa ditta che costruisce i reni artificiali o adattabile alla apparecchiatura previa certificazione della ditta costruttrice dell'apparecchiatura medesima
- Costituite da materiale a bassa cessione di ftalati e biocompatibili
- Arteriose, venose, venose monoago con set a Y, set eparina e set fisiologica incorporati
- Sterilizzazione non ETO
- Marchio CE
- Linee per metodica con monoago con doppia pompa ematica : quantitativo : 10% della fornitura
- linea per riscaldatore : se richiesto 10% della fornitura

Linee di reinfusione per metodica high flux

1. Perfettamente compatibili con il rene artificiale
2. Costituite da materiale a bassa cessione di ftalati e biocompatibili
3. Sterilizzazione non ETO
4. Marchio CE
5. linee di reinfusione a scelta per metodica HDF o eventuale AFB

Requisiti dei concentrati dialisi

1. Perfetta compatibilità con reni artificiali
2. Tempi di dialisi di 5 ore
3. Concentrazione finale stabile con concentrazioni di Na, K, Cl, Ca e bicarbonato selezionate dall'utilizzatore con formule interscambiabili, senza alcuna variazione di prezzo in aumento
4. Sterili e apirogeni
5. Disponibilità a fornire tutte le formule registrate secondo le esigenze degli utilizzatori
6. Marchio CE per i contenitori
7. Concentrato basico in polvere e concentrato acido in sacca (per eventuale metodica AFB sacca di bagno di dialisi sterile priva di acetato o di qualsiasi altro tampone)

Requisiti dei disinfettanti

1. Massima compatibilità con l'apparecchiatura e i materiali offerti
2. Sistemi di disinfezione a caldo o a freddo comprendenti soluzioni uniche o multiple necessariamente a doppia azione disinfettante e disincrostante
3. Previsione di un ciclo di disinfezione dopo ogni seduta dialitica
4. Composizione chimica che deve rispettare la normativa vigente in merito
5. Impegno a sostituire il sistema di disinfezione in caso di inconvenienti
6. Eventuali modifiche del sistema devono essere obbligatoriamente approvate dal Responsabile dell'U.O.

Requisiti il controllo purezza acqua per dialisi per metodiche on-line.

Le metodiche on line utilizzate devono prevedere la reinfusione con liquido di dialisi nel sistema circolatorio del paziente, pertanto è critica la sterilizzazione del liquido. La ditta aggiudicataria dovrà ogni mese e, a discrezione del Responsabile del Servizio Dialisi, in qualsiasi momento:

- 1) provvedere alla coltura dell'acqua trattata prima del monitor.
- 2) LAL (limulus amebocyte test) prima del monitor
- 3) Cultura dell'infusato on line prima dell'ingresso nel circuito extracorporeo.
- 4) LAL dell'infusato on line prima dell'ingresso nel circuito extracorporeo.

I controlli di laboratorio dovranno essere effettuati presso un laboratorio accreditato e certificato secondo la normativa vigente. Tutti i costi relativi a controlli (assicurazione, salario operatori spese di viaggio e compensi al laboratorio) saranno a carico della ditta aggiudicataria.

Il fornitore aggiudicatario dovrà provvedere al periodico ricambio e manutenzione della linea di connessione tra anello di distribuzione e monitor dialitico.

Se viene fornito del tubo retinato, questo va sostituito ogni mese con un nuovo tubo previamente sanitizzato.

La ditta potrà fornire linee di connessione in materiale tipo PEX o PVDF o altro materiale idoneo a bassa rugosità interna, insieme ad un programma di periodica sanitizzazione, che dovrà essere concordato col Responsabile dell'U.O..

I costi del materiale delle linee sono a totale carico del fornitore e fanno parte integrante dell'offerta del lotto.

ART. 2

OGGETTO DELLA FORNITURA

Forma oggetto del presente appalto la fornitura a favore della Aziende USL n. 6, di trattamenti dialitici, composti da lotti indivisibili il cui quantitativo è evidenziato nella tabella sottoindicata.

La tabella elenca la tipologia e la quantità dei singoli lotti indicati in dettaglio nel successivo articolo 3.

		AZIENDA USL N. 6						
		SAN GAVINO	VILLAMAR	SERRAMANNA	TOTALE ANNO	TOTALE FORNITURA	DOTAZIONE MONITOR	
LOTTO A	HD Bicarbonato tradizionale	6000	700	5000	11700	35100	10 + riserva	
LOTTO B	LOTTO B1	AFB	600		600	1800	8 + riserva	
	LOTTO B2	PMMA	300		300	900		
	LOTTO B3	HDF	1000		1200	6600		
	LOTTO B4	Mid-dilution	600		600	1800		
	LOTTO B5	HD bio-feedback	600			600	1800	2 + riserva
LOTTO C	Emofiltrazione on-line pre-diluiz.	1000	400	1300	2700	8100		
LOTTO D	Tecniche particolari	200		150	350	1050		
LOTTO E	Aghi da fistola	19000	2200	15000	36200	108600		
LOTTO F	Kits attacco - stacco	8500	1100	7500	17100	51300		
LOTTO G	Kits attacco - stacco per CVC	200			200	600		
LOTTO H	Soluzioni lavaggio circuito (lt.)	22500			22500	67500		
LOTTO I	Cateteri venosi centrali	200			200	600		
LOTTO L	Dialisi peritoneale	8760 scambi			8760	26280		

L'offerta economica potrà contenere l'eventuale sconto che la Ditta offerente intende praticare sui prezzi di gara, relativamente ai quantitativi in eccedenza a quelli indicati nella tabella di cui sopra.

ART. 3

TIPOLOGIA DEI LOTTI DELLA FORNITURA

La fornitura dei presidi dialitici viene suddivisa nei seguenti lotti:

LOTTO A – Emodialisi bicarbonato convenzionale

In questo lotto dovranno essere inoltre compresi i concentrati, le linee ematiche e tutti gli altri prodotti adatti alla metodica con le caratteristiche generali di cui sopra.

1. Filtro : capillari low flux
2. membrana : polisulfone o derivati
3. area dializzante : da 1,3 a 2,2 mq ca.
4. clearance urea in vitro : > 200ml/m con Qb = 300ml/m
5. coefficiente UF : > 6 ml/m
6. sterilizzazione : raggi gamma o vapore

7. marchio CE
8. In caso di pazienti con intolleranza al polisulfone obbligo di fornire una membrana differente.

Il lotto A) dovrà comprendere inoltre:

San Gavino Ospedale

Service per il rifacimento completo impianto acqua per emodialisi (osmosi inversa)
Fornitura di un porta-radiografie;
Eventuale acquisizione personale (rapporto 1 inf. prof. ogni 3 paz. per turno dialisi)
Eventuale trasferimento del Servizio Dialisi Ospedaliero nel nuovo padiglione in fase di realizzazione, Con possibilità di acquisire parte dei servizi infermieristici necessari.
L'ipotesi di cui sopra dovrà prevedere il trasferimento completo e la messa in utilizzo delle attrezzature nel nuovo padiglione, il costo relativo dovrà essere indicato separatamente nell'offerta economica.

Centro ad Assistenza limitata di Serramanna

Trasferimento completo delle attrezzature dal Centro di Villamar da effettuarsi entro due giorni dalla comunicazione e secondo le modalità indicate dall'Azienda.
Eventuale acquisizione personale (rapporto 1 inf. prof. ogni 3 paz. per turno dialisi) con possibilità di acquisire parte dei servizi infermieristici necessari.

LOTTO B - Emodiafiltrazione

In questo lotto dovranno essere compresi per ogni trattamento dialitico i concentrati, i liquidi di reinfusione, le linee ematiche e tutti gli altri prodotti perfettamente adatti alla metodica aventi le caratteristiche generali evidenziate sopra.

Il lotto si differenzia in cinque gruppi

Sub-lotto B1 – Biofiltrazione senza acetato e senza altri tamponi e con liquido di reinfusione in sacche

Filtro:

- Metratura > 1,3 mq.
- Membrana: AN 69 (poliacrilonitrile)
- CUF: > 30 ml/mmHg/h
- Sterilizzazione: raggi gamma o vapore o altro (non ETO)
- Reggifiltro

Soluzioni

Devono essere perfettamente compatibili con l'apparecchiatura in dotazione o offerta in service con tempi di dialisi fino a 5 ore

Linee

Devono essere perfettamente compatibili con l'apparecchiatura offerta in service

Disinfettanti

Vedi criteri generali

Sub-lotto B2 – Emodiafiltrazione con polimetilmetacrilato

Filtro:

- Metratura > 1,2 mq.
- Membrana: capillari in polimetilmetacrilato
- CUF: > 10 ml/mmHg/h
- Sterilizzazione: raggi gamma o vapore o altro (non ETO)
- Reggifiltro

Altre caratteristiche come il gruppo B1

Sub-lotto B3 – Emodiafiltrazione ad alti flussi con liquido di reinfusione in sacche

Filtro:

- Metratura > 1,2 mq.
- Membrana: capillari ad alta ultrafiltrazione ed alta biocompatibilità
- CUF: > 20 ml/mmHg/h
- Sterilizzazione: raggi gamma o vapore o altro (non ETO)
- Reggifiltro

Altre caratteristiche come il gruppo B1

Sub-lotto B4 – Emodiafiltrazione con tecnica “mid - dilution”

Filtri atti ad effettuare la tecnica della mid-dilution (tecnica di combinazione di emodiafiltrazione in pre e postdiluizione nella quale il reinfusato viene reinfuso tra due filtri ad alta permeabilità posti in serie), con le seguenti caratteristiche:

- Membrana: Diapes HF 800

- Superficie: > 1,8 mq.
- CUF: > 80 ml/h/mmHg
- Sterilizzazione: non ETO

Nella fornitura devono essere compresi obbligatoriamente i materiali indispensabili per la corretta esecuzione della metodica.

Sub-lotto B5 - Emodiafiltrazione con rilevazione dei valori pressori (tecnica “bio-feedback”)

Filtro:

- 1) Area dializzante > a 1,5 mq.
- 2) Membrana: alfapolisulfone.
- 3) CUF: > 50 ml/h/mmHg/
- 4) Sterilizzazione: non ETO
- 5) Perfetta adattabilità alla tecnica di biofeedback sulla pressione arteriosa

Altre caratteristiche come il lotto B1

LOTTO C - Emofiltrazione on-line in pre-diluizione

Filtro:

1. Area dializzante > a 1,5 mq.
2. Membrana: poliammide o altra membrana dotata di requisiti di biocompatibilità
3. CUF: > 50 ml/h/mmHg/
4. Sterilizzazione: non ETO
5. Perfetta adattabilità alla tecnica di biofeedback sulla pressione arteriosa
6. Reggifiltro

Purezza acque

Se l’offerta prevede la produzione di infusioni convenzionali provenienti da sacche o contenitori sterili e/o infusioni on-line endogene, la Ditta deve impegnarsi al controllo ogni due mesi della qualità dell’acqua per dialisi attraverso la: 1) cultura acqua prima del monitor; 2) effettuazione del LAL prima del monitor.

Se l’offerta prevede la produzione di infusioni da sistemi on line esogene la ditta dovrà impegnarsi ogni mese al controllo della qualità dell’acqua attraverso la: 1) cultura dell’acqua prima del monitor; 2) LAL prima del monitor; 3) cultura dell’infusato on-line

prima dell'immissione nel circuito extracorporeo; 4) LAL dell'infusato on-line prima dell'immissione nel circuito extracorporeo.

Altre caratteristiche come i lotti B

Lotto D – Tecniche dialitiche particolari

In caso di trattamenti particolarmente personalizzati è prospettabile l'acquisizione di membrane dializzanti particolari quali:

- Filtri rivestiti di Vit. E
- Membrane con altissima biocompatibilità adattabili a particolari situazioni cliniche

Lotto E – Aghi da fistola

Requisiti obbligatori

- 1) N. 2 coppie di aghi per ogni trattamento dialitico (salvo il 15% costituiti da monoago)
- 2) Lunghezza circa 2.5 cm. con alette fisse
- 3) Calibro 15,16,17 G, con back-eye, tubo di prolunga da 25 a 30 cm. con clamp di chiusura
- 4) Dotazione di sistema di sicurezza a scorrimento intorno al tubo di prolunga che eviti la puntura accidentale dell'operatore dopo l'uso
- 5) La pressione negativa nella linea arteriosa e la positiva sulla venosa misurata con flusso ematico di 200 ml/min. non deve essere superiore di 10 mmHg a quella usualmente rilevata nei pazienti.
- 6) Possibilità di variare in più o in meno la quantità dei vari aghi di ogni calibro senza costi aggiuntivi
- 7) Il 15% della fornitura deve essere costituita da monoago

Requisiti preferenziali:

- 1) Facile impugnabilità (10% del punteggio globale)
- 2) Scarsa resistenza alla penetrazione (20% del punteggio globale)
- 3) Facile direzionabilità (10% del punteggio globale)
- 4) Scarsa dolorabilità (10% del punteggio globale)
- 5) Lieve trauma tissutale - esiti dopo rimozione - (20% del punteggio globale)
- 6) Corrispondenza fra tragitto dell'ago prefissato dall'operatore e quello reale dopo la puntura (10% del punteggio globale)
- 7) Fissaggio dell'ago alla cute mediante cerotto sulle alette (10% del punteggio globale)
- 8) Minore resistenza negativa nel segmento arterioso e positiva in quello venoso nella circolazione extracorporea (10% del punteggio globale)

Lotto F – kits attacco-stacco

PER OGNI TRATTAMENTO DIALITICO KIT ATTACCO

- 1 traversa assorbente cm 40x 60 (busta singola)
- 1 paio di guanti in vinile misura s (busta singola)
- 2 compresse cotone misura cm18x40 (busta singola)
- 1 salvietta disinfettante
- 4 strisce adesive cm15x3
- 1 vaschetta cm 15 x 20

PER OGNI TRATTAMENTO DIALITICO KIT STACCO

- 1 paio di guanti in vinile misura s (busta singola)
- 4 compresse cotone misura cm18x40 (busta singola)
- 2 bende premi fistola cm 5-6 x 50 (busta singola)
- 1 vaschetta cm 15 x 20
- 1 dispositivo per lo smaltimento degli aghi

Lotto G - kit attacco stacco per catetere venoso centrale

ATTACCO

- 1 traversa assorbente cm 40x 60 (busta singola)
- 1 paio di guanti in vinile misura s (busta singola)
- 4 compresse cotone misura cm18x40 (busta singola)
- 1 vaschetta cm 15 x 20

STACCO

- 1 traversa assorbente cm 40x 60 (busta singola)
- 1 paio di guanti in vinile misura s (busta singola)
- 4 compresse cotone misura cm18x40 (busta singola)
- 1 cerotto tegaderm cm 10x12
- 1 tasca di protezione catetere cm 3x7 (busta singola)
- 2 tappi per catetere in confezione singola
- 1 vaschetta cm 15 x 20

Possibilita' di acquistare bende premi fistola singolarmente nel quantitativo necessario.

Lotto H - Soluzioni per infusione/lavaggio circuito

per ogni trattamento emodialitico priming composto da:

- sol. fis. in sacca da 2000 ml premiscelata o no con eparina
- sol. fis. in sacca da 500 ml per lavaggio finale
- raccordi a y (per le emodialisi)
- raccordi a t (se le linee arteriose sono sprovviste)

Possibilita' di acquisire le voci singolarmente nei quantitativi desiderati.

Possibilita' di acquisire sacche da 2000 ml senza eparina.

Possibilita' di acquisire sacche da 1000 ml per lavaggio finale

Lotto I – Cateteri venosi centrali

CATETERE MONOLUME O DOPPIO LUME PRECURVATO

- in poliuretano
- radiopaco
- punta morbida atraumatica
- diametro 8/12 fr
- lunghezza 12.5/20cm
- ago introduttore –filo guida-dilatatore-telino con foro-tappi di chiusura- medicazione sterile tipo tegaderm

CATETERE MONOLUME O DOPPIO LUME RETTO

- in poliuretano
- radiopaco
- punta morbida atraumatica
- diametro 8/11 fr
- lunghezza 12.5/24cm
- ago introduttore –filo guida-dilatatore-telino con foro-tappi di chiusura- medicazione sterile tipo tegaderm

LOTTO L -MATERIALE RICHIESTO PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVICE PER LA DIALISI PERITONEALE

Condizioni generali

La ditta aggiudicatrice dei lotti deve garantire:

- L'assistenza tecnica sulle apparecchiature entro 24 ore dalla chiamata
- Immediata sostituzione delle stesse in caso di impossibilità alla riparazione
- Il training del personale paramedico
- La consegna al domicilio del paziente del materiale entro 48 ore dall'ordine urgente e, per gli approvvigionamenti mensili, entro l'ultima settimana del mese
- Cambio e/o aggiornamento delle metodiche in oggetto in caso di innovazioni tecnologiche e/o cliniche, comprese le soluzioni dialitiche.

DIALISI PERITONEALE DOMICILIARE CONTINUA (CAPD) N° 6 PAZIENTI

Quantitativo annuale:

$365 \times 6 = 2190$ giorni di dialisi/anno x 4 scambi = 8760 scambi /anno

- N° 7200 sistemi preassemblati “a doppia sacca” costituiti da una sacca di soluzione sterile con tampone bicarbonato da 2000 ml, variabile in tenore di Na, K, Ca, glucosio a seconda delle esigenze cliniche del paziente, un set ad Y, una sacca sterile di raccolta del dialisato effluente.
- N° 900 sistemi preassemblati “a doppia sacca” costituiti da una sacca di soluzione sterile da 2000 ml con aminoacidi al 1,1%, un set ad Y, una sacca sterile di raccolta del dialisato effluente
- N° 900 sistemi preassemblati “a doppia sacca” costituiti da una sacca di soluzione sterile contenente icodestrina, variabile in concentrazione di Na, K, Ca a seconda delle esigenze cliniche del paziente, un set ad Y, una sacca sterile di raccolta del dialisato effluente
- N° 9000 tappini sterili per miniset
- N° 9000 conchiglie protetti connessione sterilizzanti con betadine
- N° 6 cateteri di Tenckhoff tipo Swan-Neck con due anelli di dacron di varie lunghezze
- N° 12 set di trasferimento per cateteri di Tenckhoff

- N° 6 adattatori al titanio per cateteri di Tenckhoff
- N° 6 riscaldatori termostati per le sacche
- N° 6 aste reggisacche
- N° 6 dinamometri
- N° 9000 telini sterili
- N° 2200 medicazioni per emergenza cutanea del catetere composte ciascuna da 5 compresse di tessuto non garzato pretagliate cm 5x5
- N° 120 flaconi 200 ml di amuchina al 10%
- N° 4 flaconi di amuchina da un litro
- N° 50 pinze in materiale plastico rigido, con chiusura di sicurezza e regolazione dell'apertura, per il clampaggio delle linee di connessione klemmer in plastica
- N° 6 klemmer in acciaio
- N° 3 ciotole in acciaio
- N° 2 forbici in acciaio
- N° 50 confezioni di combur test LN strisce reattive per la determinazione di leucociti
- N° 5 camere di Burkner per conteggio leucociti nel liquido di dialisi

DIALISI PERITONEALE AUTOMATIZZATA N° 4 PAZIENTI

A-Fornitura di n°5 apparecchi automatici per dialisi peritoneale con le seguenti caratteristiche:

- possibilità di esecuzione delle diverse metodiche dialitiche peritoneali (dialisi peritoneale ciclica continua-CCPD, dialisi peritoneale intermittente-IPD-NIPD-TIDAL)
- controllo e verifica di volume totale di dialisi, volume di carico, durata di trattamento, tempo di sosta peritoneale, numero di cicli, ultrafiltrato totale e di singolo ciclo, temperatura della soluzione.

- interfacciabilità con il computer e possibilità di modificare il programma terapeutico attraverso scheda magnetica, completo di programma per pc adatto a calcolare tutti i parametri di adeguatezza dialitica
- allarmi su tutte le funzioni
- dotazione di batterie ricaricabili per poter eseguire le sedute dialitiche anche in assenza di energia elettrica
- riscaldatore automatico termostato

B-Fornitura di soluzioni in sacche sterili APD con diverse concentrazioni di glucosio., soluzioni con icodestrine, soluzioni con amminoacidi, soluzioni con bicarbonato-lattato a pH fisiologico, linee di trasferimento macchina-paziente, raccorderia e quant'altro necessario per lo svolgimento della dialisi

Quantitativo annuale

- 4500 sacche di soluzione per dialisi peritoneale da 5 litri, variabile in tenore di Na,K,Ca, glucosio a seconda delle esigenze cliniche del paziente, e connessione luer-look
- N° 1000 sacche di soluzione per dialisi peritoneale da 2 litri con tampone bicarbonato, variabile in tenore di Na,K,Ca, glucosio a seconda delle esigenze cliniche del paziente, e connessione luer-look
- N° 500 sistemi preassemblati "a doppia sacca" costituiti da una sacca di soluzione sterile con tampone bicarbonato da 2000 ml, variabile in tenore di Na,K,Ca, glucosio a seconda delle esigenze cliniche del paziente, un set ad Y, una sacca sterile di raccolta del dialisato effluente
- N° 1500 sacche di soluzione sterile da 2000 ml contenenti icodestrina, variabile in tenore di Na,K,Ca a seconda delle esigenze cliniche del paziente e connessione luer-look
- N° 4 cateteri di Tenckhoff tipo Swan-Neck con due anelli di dacron di varie lunghezze
- N° 1500 tappini sterili per miniset
- N° 1500 conchiglie protetti connessione sterilizzanti con betadine
- N° 1500 set a 4 vie con connessione luer-look
- N° 8 set di trasferimento per cateteri di Tenckhoff
- N° 4 adattatori al titanio per catetere di Tenckhoff

- N° 1500 medicazioni per emergenza cutanea del catetere composte ciascuna da 5 compresse di tessuto non garzato pretagliate cm 5x5

SPECIFICA PUNTEGGI RELATIVI AL LOTTO L DIALISI PERITONEALE
MANUALE E DIALISI PERITONEALE AUTOMATIZZATA

QUALITA' massimo punteggio 40 punti

PREZZO massimo punteggio 60 punti

A-DIALISI PERITONEALE MANUALE

QUALITA' PRODOTTI DI CONSUMO massimo punteggio **punti 11**

(così specificati)

- caratteristiche quali/quantitative della gamma di concentrazione delle sacche per dialisi **punti 9**
- Caratteristiche quali/quantitative del materiale disponibile (set di connessione, tappi, piantane, ecc) **punti 2**

QUALITA' DEL SERVIZIO massimo punteggio **punti 6**

(così specificati)

- Tempi di consegna dei materiali **punti 4**
- Assistenza ai pazienti in caso di problemi collegati all'utilizzo dei sistemi **punti 2**

AFFIDABILITA' NELLA GESTIONE DEL FOLLOW-UP massimo punteggio **punti 3**

B -DIALISI PERITONEALE AUTOMATIZZATA

QUALITA' PRODOTTI DI CONSUMO massimo punteggio **punti 11**

(così specificati)

- Caratteristiche quali/quantitative della gamma di composizione e di concentrazione delle sacche per dialisi **punti 9**
- Caratteristiche quali/quantitative del materiale disponibile (set di connessione, tappi, piantane, ecc) **punti 2**

APPARECCHIATURE PER DIALISI PERITONEALE

E QUALITA' DEL SERVIZIO

massimo punteggio **punti 6:**

- affidabilità e facilità di utilizzo con addestramento paziente e personale addetto e tempi di manutenzione ordinaria e straordinaria **punti 4**
- tempi di consegna del materiale ed assistenza in caso di problemi **punti 2**

AFFIDABILITA' NELLA GESTIONE DEL FOLLOW-UP

massimo punteggio **punti 3**

- diffusione sul territorio del marchio, titolarità dei brevetti, struttura distributiva

ART. 4

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Lotto A

PUNTEGGIO QUALITA' : MAX 30

PUNTEGGIO PREZZO: MAX 70

Così ripartito:

(qualità)

- 1) Completo ed omogeneo riempimento delle fibre: 10% del punteggio
- 2) Clearance urea in vitro superiore a 250 ml./min.: 25% del punteggio
- 3) Clearance Creatinina in vivo superiore a 200 ml./min.: 25% del punteggio
- 4) Coefficiente di ultrafiltrazione superiore a 8 nel lotto A1 e a 13 nel lotto A2: 30% del punteggio
- 5) Per la formazione ed esperienza professionale del personale rapportata al numero di ore di attività o tirocinio presso un Reparto di Dialisi. A tal fine le Ditte dovranno assicurare un minimo di 30 ore di formazione/anno/operatore: 10 % del punteggio

(prezzo)

- 1) materiali, attrezzature ecc. 90% del punteggio
- 2) costo orario personale 5% del punteggio
- 3) costo trasferimento :
 - del Servizio Dialisi Ospedaliero nel nuovo padiglione in fase di realizzazione 2,5% del punteggio
 - dal Centro di Villamar al nuovo Centro di Serramanna, 2,5% del punteggio,

Lotto B

PUNTEGGIO PREZZO: MAX 65

PUNTEGGIO QUALITA' MAX 35:

- 1) Completo ed omogeneo riempimento delle fibre: 10% del punteggio
- 2) Clearance urea in vitro superiore a 250 ml./min.: 20% del punteggio
- 3) Clearance Creatinina in vivo superiore a 200 ml./min.: 20% del punteggio
- 4) Coefficiente di ultrafiltrazione superiore a 40 nel lotto B1, a 20 nel lotto B2, a 30 nel lotto B3, a 90 nel lotto B4, a 60 nel lotto B5: 50% del punteggio

Lotto C

PUNTEGGIO PREZZO: MAX 65

PUNTEGGIO QUALITA' MAX 35:

- 1) Completo ed omogeneo riempimento delle fibre: 50% del punteggio
- 2) Possibilità di utilizzare il sistema anche in post-diluizione: 50% del punteggio

Lotto D

PUNTEGGIO PREZZO: MAX 65

PUNTEGGIO QUALITA' MAX 35:

- 1) Presenza di vit. E nel filtro: 20% del punteggio sul 50% della fornitura globale
- 2) Adsorbimento di sostanze chimiche o farmaci o utilizzo di tecniche indicate per pazienti affetti da insufficienza renale acuta: 20% sul 100% della fornitura globale
- 3) Test chimici in vitro per le clearances di urea, creatinina e fosforo superiori ai filtri tradizionali: 60% sulla fornitura globale.

Lotto E

PUNTEGGIO PREZZO: MAX 65

PUNTEGGIO QUALITA' MAX 35:

Vedi descrizione tecnica del lotto

Lotto F

PUNTEGGIO PREZZO: MAX 65

PUNTEGGIO QUALITA' MAX 35:

1. Sterilizzazione non ETO (1/3 % del punteggio)
2. Possibilità di variare la misura di guanti e la loro composizione (1/3 % del punteggio)

3. Fornitura gratuita di un quantitativo in più di bende premi fistola (in confezione singola) secondo le necessità del servizio (1/3 % del punteggio)

Lotto G

PUNTEGGIO PREZZO: MAX 65

PUNTEGGIO QUALITA' MAX 35:

1. Sterilizzazione non ETO (1/3 % del punteggio)
2. Possibilità di variare la misura di guanti e la loro composizione (1/3 % del punteggio)
3. Fornitura gratuita di un quantitativo in più di tappi, tegaderm, tasche di protezione (in confezione singola) secondo le necessità del servizio (1/3 % del punteggio)

Lotto H

PUNTEGGIO PREZZO: MAX 65

PUNTEGGIO QUALITA' MAX 35:

Nessuna caratteristica preferenziale

Lotto I

PUNTEGGIO PREZZO: MAX 65

PUNTEGGIO QUALITA' MAX 35:

- 1) Dichiarazione attestante la disponibilità della Ditta fornitrice a cambiare la tipologia dei cateteri a seconda delle esigenze dell'utilizzatore entro 48 ore dalla richiesta (30% del punteggio)
- 2) Possibilità di acquisire separatamente i singoli componenti del kit. (30% del punteggio)
- 3) Sterilizzazione non ETO (40% del punteggio)

Lotto L

PUNTEGGIO PREZZO: MAX 60

PUNTEGGIO QUALITA' MAX 40:

Vedi descrizione tecnica del lotto

ART. 5 – DURATA FORNITURA.

La presente fornitura in service avrà durata di 36 mesi, a decorrere dalla data d'aggiudicazione con la possibilità di estensione per altri 24 mesi.

Art. 6 – SOPRALLUOGO

Le ditte che intendono presentare offerta dovranno obbligatoriamente effettuare sopralluogo presso le sedi dell'Ospedale di San Gavino e il CAL di Serramanna, previo appuntamento con il Primario del Reparto Dialisi (tel. 070.9378243). Il sopralluogo dovrà essere eseguito dal legale rappresentante della ditta, o suo delegato, munito di apposita delega, su carta intestata della ditta o atto notarile, nonché di un documento di identità in corso di validità; al termine della visita verrà rilasciata apposita attestazione di avvenuto sopralluogo. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese è sufficiente che il sopralluogo sia effettuato dalla ditta capogruppo, secondo le modalità sopra specificate. In caso di consorzio il sopralluogo dovrà essere effettuato dal consorzio medesimo, a mezzo del legale rappresentante o suo delegato, secondo le modalità sopra indicate.

Il sopralluogo è condizione di ammissibilità alla gara.

ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E FORME DI COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 10 del codice degli appalti pubblici Dlgs 163/2006 il responsabile del procedimento è la Dott.ssa M. Maddalena Giua. Qualunque informazione inerente l'appalto può essere richiesto ai seguenti recapiti:

telefono: 070/9384307, Fax 0709370506 posta elettronica maddalena.giua@asl6sanluri.it.

Ai sensi dell'art. 77 del Dlgs 163/2006 si comunica che il mezzo di comunicazione scelto per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte, oltre la consegna diretta prevista ai sensi dell'art. 77 punto 4, è tramite servizio postale o corriere all'indirizzo: **AUSL N. 6 - Ufficio Acquisti - Via Ungaretti, 9 -09025 Sanluri.**

ART. 8 –CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le imprese che intendono partecipare alla gara in oggetto dovranno indirizzare alla sede dell'Azienda Sanitaria Locale N.6 SANLURI - SERVIZIO Acquisti - Via Ungaretti n. 9 – 09025 Sanluri, quanto segue:

1 - Campioni sigillati e riconoscibili, di tutte le voci indicate nell'elenco allegato al Capitolato speciale - **lotti E) F) G) I)**, i quali, pena l'esclusione, a mezzo servizio postale, soggetti equiparati o mediante consegna a mano entro e non oltre le ore **13,00 del giorno 23/07/2007**.

2 - un plico chiuso e debitamente sigillato con nastro adesivo e firmato sui lembi di chiusura, **entro il termine perentorio a pena di esclusione delle ore 13.00 del giorno 23/07/2007** a mezzo raccomandata postale ar, consegna a mano o tramite corriere.

Le domande pervenute oltre detto termine non saranno ritenute valide.

Il plico dovrà riportare all'esterno il nome o la ragione sociale dell'impresa partecipante, i numeri di telefono e di fax, eventuale indirizzo di posta elettronica, e la dicitura:

“OFFERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI MATERIALE PER TRATTAMENTI DIALITICI OSPEDALIERO E DOMICILIARE E CENTRO DIALISI TERRITORIALE PER I SERVIZI DIALISI DELLE AZIENDE USL N. 6”

Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo gli stessi non arrivino a destinazione nel termine prescritto.

Il plico dovrà contenere tre buste debitamente sigillate con nastro adesivo con l'indicazione del mittente e controfirmate sui lembi di chiusura:

- Busta “A” con la dicitura “CONTIENE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

- Busta “B” con la dicitura “CONTIENE OFFERTA TECNICA”

- Busta “C” con la dicitura “CONTIENE OFFERTA ECONOMICA”

Su ciascuna delle tre buste dovrà essere riportato l'oggetto dell'appalto.

CONTENUTO DELLA BUSTA “A”

In tale busta dovrà essere inserita la seguente documentazione:

1. **a pena di esclusione**, la documentazione prescritta dal Bando di gara (punti III.2.1,III.2.2,III.2.3); Per quanto concerne le richieste relative al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, le stesse possono essere soddisfatte anche secondo le norme relative all'istituto dell'**avvalimento** previsto dall'art.49 D. L.vo 163/06, tenuto conto della differita efficacia del 10° comma dello stesso.

2. dichiarazione, secondo il D.P.R. 445/2000, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Nel caso in cui, per i punti III.2.1., III.2.2., III.2.3., del bando di gara, venga effettuata una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, **la ditta può avvalersi dell'apposito modulo predisposto dall'amministrazione pubblicato sul sito www.aslsanluri.it.**

Si porta l'attenzione sul fatto che lo Schema Indicativo comprende già la dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali.

Si ricorda che la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve essere accompagnata dalla copia fotostatica del documento d'identità del dichiarante.

3. certificazione della cauzione provvisoria, garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'art. 75 Dlgs 163/2006, di € 10.000,00 prestato:

a) IN CONTANTI: mediante versamento da farsi alla Tesoreria dell'Azienda U.S.L. n.6 - Sanluri, presso il BANCO DI SARDEGNA, che ne rilascerà relativa quietanza;

- b) MEDIANTE ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE: intestato all' dell'Azienda U.S.L. n.6 - Sanluri. Non sono ammesse cauzioni effettuate con assegno di c/c bancario;
 - c) IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO: al corso del giorno di deposito;
 - d) MEDIANTE FIDEJUSSIONE BANCARIA O POLIZZA ASSICURATIVA: secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.
1. Copia del capitolato speciale, sottoscritto per accettazione in ciascun foglio con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante. In caso di raggruppamento sarà sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo; o dalla designata tale in caso di ATI non ancora costituita.

CONTENUTO DELLA BUSTA “B”: Offerta tecnica

L'offerta tecnica, redatta in lingua italiana, contenuta in apposita busta, debitamente sigillata con nastro adesivo, e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà illustrare dettagliatamente le caratteristiche tecniche della strumentazione, dovrà contenere l'elenco delle condizioni di garanzia offerte. A corredo dell'offerta tecnica l'impresa allegnerà le schede tecniche, le relazioni e depliant tecnici e tutti quei documenti che riterrà opportuno presentare in modo da permettere la valutazione comparativa e dovrà, in ogni caso, illustrare in dettaglio ogni eventuale elemento ritenuto qualificante in base ai criteri di qualità definiti nel presente capitolato e contenere le indicazioni relative alle caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche della strumentazione. Dovrà essere inoltre allegato un elenco delle eventuali migliorie proposte rispetto alle richieste del capitolato tecnico.

Gli elementi forniti dovranno consentire alla Commissione la valutazione puramente tecnica delle offerte e l'assegnazione dei relativi punteggi.

La Commissione potrà avvalersi della facoltà di verificare la funzionalità della strumentazione offerta presso l'Azienda U.S.L. n.6 o presso altra struttura ove trovasi installata e l'impresa offerente dovrà rendersi a tal fine disponibile.

CONTENUTO BUSTA “C”: OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, redatta su carta legale in bollo, dovrà indicare, in cifre e in lettere, il costo complessivo di ogni singolo lotto offerto a cui si farà riferimento in sede di gara per l'attribuzione del punteggio e conseguente aggiudicazione.

La Ditta dovrà, inoltre, indicare:

- il costo unitario di ogni componente il materiale di consumo
- il costo del noleggio mensile, comprensivo di manutenzione e pezzi di ricambio, di ogni apparecchiatura proposta (reni artificiali, letti, impianto tratt.to acqua, ecc.) destinati sia al Centro Dialisi di S. Gavino, sia al CAL di Serramanna
- lo sconto applicato sui quantitativi in eccedenza rispetto a quelli aggiudicati.
- Il costo complessivo del trasferimento e messa in utilizzo delle attrezzature dall'Ospedale al nuovo padiglione in fase di realizzazione.

Inoltre solo per il lotto A), dovrà essere indicato separatamente:

- il costo orario per le prestazioni professionali infermieristiche e di ausiliari da destinare alla buona conduzione dialitica del centro dialisi di S. Gavino e Serramanna; tale costo non dovrà essere sommato al costo complessivo del lotto.

L'Azienda USL si riserva la facoltà di acquisire anche singolarmente i prodotti occorrenti al trattamento dialitico.

ART. 9 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

La prima fase della gara, relativa alla verifica della regolarità dei plichi pervenuti ed all'apertura delle buste: "A", contenente la documentazione amministrativa, e "B", contenente l'offerta tecnica avrà luogo il **giorno 26/07/2007** alle ore **10,00**, presso la sede dell'Azienda Sanitaria Locale N.6 – Via Ungaretti, 9 - Sanluri, sarà pubblica e ad essa potranno assistere i rappresentanti delle imprese concorrenti. In occasione di tale seduta verrà effettuato il sorteggio delle ditte che dovranno comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico – organizzativa ai sensi dell'art. 48 Dlgs 163/2006.

La busta "B" contenente l'offerta tecnica sarà aperta nella stessa seduta per verificarne la completezza della documentazione e, in seduta segreta, sarà valutata dalla Commissione tecnica.

L'apertura della busta "C" contenente l'offerta economica sarà pubblica e alle ditte ammesse alla gara sarà comunicato, con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso, il giorno l'ora e il luogo nel quale si terrà la seduta.

E' riservata all'Ente Appaltante, la facoltà di sospendere o di non far luogo all'aggiudicazione, qualora reputi ciò necessario nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Azienda Sanitaria Locale N.6 Sanluri, si riserva inoltre di procedere all'aggiudicazione anche di una sola parte della fornitura, qualora gli oneri finanziari derivanti dalla intera aggiudicazione superino la disponibilità economica. L'Azienda Sanitaria Locale N.6 Sanluri si riserva inoltre di valutare la congruità dell'offerta tecnico-economica rispetto a prodotti identici presenti nel mercato.

ART. 10 – CAUSE DI ESCLUSIONE

Si procederà all'esclusione dalla presente gara nel caso in cui i plichi A.B.C. di cui all'art.9, non arrivino nei termini e nelle modalità descritte nel bando di gara e nel presente capitolato speciale, manchi la documentazione richiesta di cui all'Art. 7 del presente capitolato punti dal n. 1 al n. 9, o nel caso ricorra una delle altre cause di esclusione espressamente previste nel bando.

ART. 11 - PROCEDURA AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione della presente fornitura sarà effettuata per singolo lotto completo di tutto quanto richiesto nel presente capitolato, secondo quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs 163/2006, e cioè a favore dell'impresa che avrà effettuato l'offerta economicamente più vantaggiosa, in base all'esame comparato degli elementi sottoriportati ed all'assegnazione dei relativi coefficienti espressi in centesimi.

L'aggiudicazione sarà effettuata da apposita Commissione sulla base delle schede tecniche, deplianti illustrativi e quanto altro richiesto con applicazione dei sotto elencati parametri:

L'aggiudicazione scaturirà dalla sommatoria del punteggio qualitativo conseguito dalla valutazione tecnica e dal relativo punteggio riportato in seguito al calcolo economico.

Il punteggio complessivo verrà calcolato su base 100.

Nell'ipotesi di offerte con uguale punteggio si procederà a termini dell'art. 77 R.D.23.5.24

n.827 alla richiesta di miglioramento del prezzo, da effettuarsi in seduta di gara se i concorrenti interessati sono presenti, muniti di delega, ovvero all'estrazione a sorte se i concorrenti non sono presenti o non disponibili a presentare offerte migliorative.

Il prezzo d'acquisto si intende fisso ed invariabile per l'intero periodo contrattuale, definito in 36 mesi, non verrà pertanto riconosciuta alcuna maggiorazione derivante da qualsivoglia ragione.

L'AZIENDA SANITARIA N.6 SANLURI si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè valida e ritenuta conveniente, secondo il proprio insindacabile giudizio di congruità.

ART. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti, la Ditta aggiudicataria dovrà depositare e darne comunicazione all' Azienda Sanitaria Locale N.6 SANLURI, **entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione**, nelle forme consentite dalle vigenti leggi, una somma pari al 10% dell'importo contrattuale, a titolo di deposito cauzionale definitivo .

Tale cauzione, costituita secondo le forme e modalità stabilite ai sensi dell'art. 113 del Dlgs 163/2006, garantisce l'adempimento delle obbligazioni oggetto del contratto fino al termine del periodo di garanzia previsto di 36 mesi. Nel caso in cui tale cauzione sia costituita mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/93, essa deve contenere, **pena la non sottoscrizione del contratto e revoca dell'aggiudicazione:**

- 1) la clausola con cui il garante si obbliga ad effettuare il versamento della somma garantita all'Ente appaltante entro 30 gg a semplice richiesta scritta;
- 2) la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 C.C.

La cauzione sarà restituita soltanto al termine del contratto, ossia al termine del rispettivo periodo di garanzia previsto dal presente capitolato, ultimata e liquidata ogni ragione contabile inerente eventuali tasse suppletive ed altre ad esso relative, riconosciute a carico dell'assuntore e previa autorizzazione dell'Azienda Sanitaria Locale dello stato finale della liquidazione.

Qualora al termine di detto periodo non siano state espletate tutte le condizioni di esecuzione del contratto, la Ditta aggiudicataria è tenuta a prorogare la validità dell'atto di fidejussione.

ART. 13 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 90 giorni dalla data del ricevimento della fattura, a mezzo mandato, esigibile presso la Tesoreria dell'Azienda Sanitaria Locale N.6 SANLURI – presso il Banco di Sardegna.

L'Amministrazione al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti dovuti alla ditta a cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni, fino a che non abbia provveduto a sanare la sua irregolare posizione nei confronti degli obblighi contrattuali.

ART. 14 - SPESE ED ONERI CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto di servizio, comprese quelle di bollo e registrazione, restano a carico del contraente aggiudicatario, il quale deve effettuare il versamento dell'importo complessivo richiestogli con la comunicazione di aggiudicazione, entro il termine assegnatogli per la stipulazione.

ART. 15 – PENALI

E' prevista una penale di € 30,00 per ogni ora solare di ritardo nei tempi di intervento tecnico, rispetto a quanto indicato nell'Art.1 del presente capitolato. A tal fine farà fede un oggettivo mezzo di determinazione della data e dell'ora di invio della richiesta di intervento tramite fax , di contro all'orario di inizio dell'intervento.

ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' assolutamente vietato alla Ditta aggiudicataria di cedere il contratto di fornitura, sia direttamente sia indirettamente mediante trasferimento, conferimento o affitto d'azienda o cessione dell'usufrutto dell'azienda, sotto pena di immediata risoluzione del medesimo e del risarcimento dei danni, senza l'espresso preventivo consenso scritto dell'ASL N.6.

Fusione, incorporazione, scissione, viceversa, sono casi di successione a titolo universale tra persone giuridiche: in questi casi la nuova o le nuove società subentrano nella titolarità di tutti i rapporti in essere in capo alla società od alle società preesistenti.

ART. 17 - SUBAPPALTO

La fornitura di ogni lotto è da ritenersi unica e inscindibile e quindi dovrà essere eseguita esclusivamente dalla ditta aggiudicataria, pertanto il contratto non è cedibile.

Il subappalto è ammesso secondo le forme ed i limiti di cui all'art. 118 del D.Lgs 163/2006.

In caso di subappalto l'Appaltatore resta il solo ed unico responsabile di fronte all'Agenzia dei lavori subappaltati e in ogni caso se la ditta intende ricorrere al subappalto deve indicare all'atto di partecipazione alla gara quali parti intende cedere a terzi.

ART. 18 – PERSONALE INFERMIERISTICO E AUSILIARIO

L'Azienda si riserva la facoltà di esprimere non gradimento sul personale che verrà eventualmente messo a disposizione dalla Ditta aggiudicataria.

Il Fornitore dovrà, con periodicità semestrale, esibire tutta la documentazione comprovante il regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale dei propri dipendenti impiegati nelle attività richieste.

L'Amministrazione Contraente in caso di accertamento di inadempienza nella corresponsione delle retribuzioni e/o mancata applicazione contratti nazionali di settore attiverà la **procedura di infrazione** prevista dal Piano Regionale Servizi Sanitari.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'ASL. N.6 si ritiene autorizzata al trattamento dei dati personali relativi alle ditte partecipanti alla gara, nei limiti ed ai sensi del D.Lgs. 196/03 e successive integrazioni e modificazioni, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, in ottemperanza dell'art. 18 del D.Lgs. 196/03.

La mancata presentazione dell'autodichiarazione nella forma richiesta, comporta l'esclusione dalla gara.

I dati forniti, richiesti in base ad obbligo di legge ed unicamente ai fini della costruzione del rapporto commerciale ed al suo mantenimento, saranno raccolti, trattati ed archiviati mediante procedimenti informatici e manuali (archivi cartacei), ad accesso selezionato, secondo le disposizioni di legge.

L'eventuale diffusione dei dati trattati ad altri soggetti sarà consentita nei soli limiti del perseguimento delle finalità istituzionali dell'Agenzia e delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti.

Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale: Responsabile del trattamento, fino al termine del procedimento ed alla fase di aggiudicazione della fornitura, sarà il medesimo Direttore Generale dell'Agenzia, nell'ambito del cui Ufficio i dati verranno custoditi e trattati, anche tramite incarico agli addetti degli Uffici stessi.

Alle imprese concorrenti saranno comunque riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/03.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

ART. 21 – NORMATIVA ANTIMAFIA

Si provvederà alla revoca dell'aggiudicazione della fornitura qualora, a norma del DPR 3.6.98 n. 252, a seguito dei controlli venga acquisita da parte dell'ente appaltante documentazione relativa alla sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31.5.1965, n. 575 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 8.8.94 n. 490.

IL DIRIGENTE MEDICO

(Dott. Antonio Pilloni)