

**PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO FORNITURA SERVICE "AREA SIERO" LABORATORIO UNICO LOGICO AZIENDALE ASL6 – SANLURI. PERIODO ANNI CINQUE CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO ANNUALE PER UN PERIODO MASSIMO DI ANNI DUE.**

**OGGETTO: NOTA CHIARIMENTI N°1:**

**Quesito n°1: sulla modalità di fatturazione.** In caso di aggiudicazione della procedura ad un R.T.I., gli atti di gara non vincolano i concorrenti raggruppati a forme specifiche di fatturazione.

**Quesito n°2: sul costo degli arredi, hardware e software, lavori di adeguamento.** I costi annui relativi alle componenti indicate saranno riconosciuti dalla stazione appaltante per 5 anni e non sette. Ciò in quanto la procedura prevede l'affidamento del servizio per un "periodo di anni cinque con possibilità di rinnovo annuale per un periodo massimo di anni due". Il rinnovo annuale rappresenta unicamente un'eventualità.


**Quesito n°3: sulla progettazione definitiva/esecutiva.** A maggior chiarezza di quanto esposto in atti di gara con riferimento alla progettazione in parola si precisa che le ditte concorrenti devono aver riguardo, **unicamente** ai seguenti elementi: 1) progettazione definitiva: art. 24 DPR 207/2010, comma 2, lettera a); g); h);, m) o); 2) progettazione esecutiva, art.33 DPR 207/2010, comma 1, lett. c), lett. h). Le ditte, devono assumere l'impegno di redigere i restanti atti di cui agli articoli sopra citati in caso di aggiudicazione della procedura.

**Quesito n° 4: Kit offerti per i Controlli Qualità.** I controlli di Qualità sono gestiti come i campioni da analizzare, pertanto i relativi kit dovranno essere inseriti nel numero di kit offerti per le determinazioni differenziandoli, in questo modo, da quelli dedicati alle sole calibrazioni.

**Quesito n° 5: ART. 3, punto B del capitolato speciale.** L'art. 3.1 alla lettera B del capitolato speciale definisce le esigenze da soddisfare relativamente al "consolidato" di cui alla definizione pag. 3 di 12 dello stesso art.3 ("Consolidato: strumento stand alone capace di ottenere il massimo consolidamento/integrazione tra i test di Immunometria e Chimica Clinica, senza trasporto manuale dei campioni tra le varie parti che lo compongono"). Evidentemente i requisiti riportati alla lettera B sono da riferirsi allo strumento stand alone Consolidato (massimo consolidamento, back-up ed esami urgenti, di cui all'allegato A, da processarsi nel consolidato).

**Quesito n° 6: Cito, Toxo, Herpes, EBV.** Nell'Allegato A sono riportati il n. di esami refertabili. Per poterli refertare in maniera congrua ed appropriata, alcuni di questi e, specificamente quelli relativi al Citomegalovirus, al Toxoplasma, agli Herpes ed agli EBV, hanno necessità di essere confermati con altra metodologia (come da linee guida). Il numero delle conferme è quantizzato, nel capitolato speciale, al 2% delle stesse determinazioni previste nell'Allegato A. Pertanto tali quantità sono da definirsi aggiuntive a quelle di cui all'allegato A se si considerano in numero assoluto, sono da ritenersi, invece, inclusive (rispetto all'allegato A) se si considerano come numero di determinazioni refertabili.

**Quesito n°7: sul Test HIV Ab di cui all'allegato A.** La dicitura è da intendersi: "dosaggio HIV Ab/Ag".



1

**Quesito n°8: sul numero totale dei test richiesti (All.A).** **Quesito n°8: sul numero totale dei test richiesti (All.A).** In conformità con quanto esposto nel Capitolato Speciale (preferenza assoluta di metodologie per lo più automatizzate) e considerando che nell'allegato A compaiono dei test effettuabili prevalentemente solo con metodologie a forte componente manuale, al solo fine di rendere l'offerta congrua e per facilitare la più ampia partecipazione delle ditte, i test, di cui all'allegato A, debbono così intendersi:

1. Non sono da considerarsi nell'offerta i test antiendomisio (effettuabili solo con IF);
2. Sono da considerarsi opzionali i test RNA Pol. (possibilità verosimile di metodologia a forte componente manuale);
3. Sono da considerarsi come aggiuntivi i test Cardiopina IgG e IgM (500 test rispettivamente, obbligatori) non inseriti, per mero errore materiale, nell'Allegato A.

Alla luce di quanto esposto il numero totale dei test risulta pari a 1.134.050.

Le modifiche di cui sopra debbono avere una giusta corrispondenza nell'offerta anche attraverso un'accurata compilazione delle schede previste dal capitolato.

Per quanto sopra si intende, pertanto, superato anche il contenuto dello "AVVISO IMPORTANTE" già pubblicato sul sito aziendale.

**Quesito n°9: sulla preanalitica.** Si conferma quanto previsto, nel merito, dall'art. 2 del capitolato speciale.

**Si invitano le Ditte interessate alla presente procedura a seguire costantemente il sito aziendale**

SANLURI 13/02/2014

Dr. Bernardino Chessa

R.U.P.



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'B. Chessa'. Below the signature is a circular official stamp in blue ink. The stamp contains the text: 'SERVIZIO SANITARIO AZIENDA U.S.L. N. 6 REGIONE SARDEGNA'.