

Procedura Aperta Telematica per fornitura in service sistema per la determinazione e gestione dei parametri dell'emocoagulazione, emocromocitometrici per il laboratorio unico Logico (Servizio di Patologia Clinica) e dell'emogasanalisi per diversi servizi della ASL Sanluri – periodo 5 anni con opzione di n.2 anni .

NOTA CHIARIMENTI N°4

QUESITO: Chiediamo di confermare che il valore dell'ematocrito calcolato sulla base del valore dell'emoglobina misurata può ritenersi a tutti gli effetti equivalente al valore dell'ematocrito misurato

RISPOSTA AL QUESITO :

Si conferma che il valore dell'ematocrito calcolato è da ritenersi equivalente a quello misurato.

SANLURI 05/05//2016

Dr. ssa Sandra Olla
Resp. Gestione Procedura

