

Procedura Aperta Telematica per fornitura in service sistema per la determinazione e gestione dei parametri dell'emocoagulazione, emocromocitometrici per il laboratorio unico Logico (Servizio di Patologia Clinica) e dell'emogasanalisi per diversi servizi della ASL Sanluri – periodo 5 anni con opzione di n.2 anni .

OGGETTO: NOTA CHIARIMENTI N°5

Oggetto : Precisazioni sul lotto 3 - Sistema per l'esecuzione dell'esame emocromocitometrico"

In merito all' **ARTICOLO 2 (Requisiti Indispensabili), punto 2.1 (Analizzatore) Lettera E**, si precisa quanto segue:

Il requisito di cui alla **lettera E del punto 2.1 dell'ART 2** deve essere così inteso:

"Possibilità di eseguire solo Emocromo di cui al punto A senza la Formula Leucocitaria (di cui al punto B), solo i Reticolociti di cui al punto C e/o possibilità di eseguire diversi parametri insieme di cui ai punti precedenti (A+B, A+B+C, A+B+C+D)".

SANLURI 6/05//2016

Dr. ssa Sandra Olla
Resp. Gestione Procedura

