



AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 SANLURI

Via Ungaretti, 9 – 09025 SANLURI – C.F. - P. IVA

Deliberazione del Direttore Generale n. **755** del **11 / 10 / 2013**

**OGGETTO: Fornitura e installazione di un Tomografo a Risonanza Magnetica per il Servizio Radiologia del P. Ospedaliero di San Gavino Monreale .
Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di adeguamento dei locali ed impianti alla RMN.**

L'anno duemilatredici il giorno **11** del mese di **Ottobre** in Sanluri, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria

**IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Salvatore Piu**

SERVIZIO TECNICO LOGISTICO

Responsabile

Dr.ssa Guglielmina Ortu

Responsabile del procedimento

Dr.ssa Guglielmina Ortu

Estensore

Ing. Fabio Francesco Farci

Tenuto conto che il proponente Direttore del Servizio Tecnico Logistico

VISTO il d.lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTE le Leggi Regionali n. 10/2006 e n. 3/2009;

PRESO ATTO che la G.R. con provvedimento deliberativo n. 17/8 adottato nella seduta del 31/03/2011, ha conferito l'incarico di Direttore Generale della Asl di Sanluri al Dr. Salvatore Piu, nato a Muravera il 03/01/1950, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 01/04/2011;

CONSIDERATO che questa Azienda è beneficiaria di un finanziamento POR-FESR per l'acquisizione di una Risonanza Magnetica Nucleare per il Reparto Radiologia del Presidio Ospedaliero;

RILEVATO che con Deliberazione n°570 del 03.08.2012 e Deliberazione n. 650 del 25.09.2012 è stato affidato all'ATI GE Medical System – Dott. Mario Ticca, a seguito di aggiudicazione definitiva ed efficace la fornitura comprensiva delle lavorazioni edili ed impiantistiche necessarie per la posa in opera, "chiavi in mano" di una Risonanza Magnetica;

RILEVATO che in data 29/01/2013 è stato stipulato il contratto rep. 191 del 29/01/2013, per l'affidamento della fornitura comprensiva delle lavorazioni accessorie edili ed impiantistiche necessarie per la posa in opera "chiavi in mano" di un apparecchio di risonanza magnetica del P.O. di San Gavino, tra l'ASL di Sanluri e la GE Medical System Italia S.p.A, contratto registrato a Sanluri in data 07/02/2013 serie/mod 3 n°220;

PREMESSO che con del Deliberazione del Direttore Generale n.° 563 del 01.01.2011 è stato nominato Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Guglielmina Ortu;

PREMESSO che con del Deliberazione del Direttore Generale n.° 669 del 09.09.2013 si è disposta la nomina del direttore dell'esecuzione dei lavori nella figura dell'ingegnere Fabio Francesco Farci, quale collaboratore della D.L. il perito elettrotecnico Ignazio Carboni., quale coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione l'Ingegnere Francesco Perseu.

PREMESSO che con del Deliberazione del Direttore Generale n.° 702 del 24.09.2013 è stata rettificata la Deliberazione del Direttore n°669 del 09/09/2013 ed è stata disposta la nomina del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione il Dott. Giuseppe Scimone;

CONSIDERATO che ai fini edilizi l'intervento di adeguamento dei locali alla RMN, come desumibile dagli elaborati progettuali, è ricompreso nella Concessione Edilizia n°32/2012 del 15/06/2012 rilasciata per i lavori per la rimodulazione ed ampliamento del reparto di radiologia ed endoscopia del P.O.

SERVIZIO TECNICO LOGISTICO

Responsabile

Dr.ssa Guglielmina Ortu 

Responsabile del procedimento

Dr.ssa Guglielmina Ortu 

Estensore

Ing. Fabio Francesco Farci 

Preso Atto

che l'ATI GE Medical System – Dott. Mario Ticca ha presentato la Progettazione Esecutiva nelle date 18/07/2013 prot.n. PG/2013/0024699, integrata in data 13/08/2013 e in data 30/09/2013 prot.n. PG/20130032692, allegando i seguenti elaborati:

IMPIANTI ELETTRICI

tav QE	Quadri Elettrici
tav QErM	Quadro Elettrico RM
tav E00	Legenda impianti elettrici
tav E00/A	Canalina distribuzione piano interrato
tav E01	Illuminazione Ordinaria
tav E02	Canalina Distribuzione
tav E02/A	Canalina distribuzione piano TERRA
tav E03	Rilevazione Fumi
tav E04	Forza Motrice
tav E05	Impianti speciali
tav E06	Equalizzazione del potenziale
tav E07	schema funzionale

EDILI ED IMPIANTISTICHE

tav RTG	RELAZIONE TECNICA GENERALE
tav CRO	Cronoprogramma Lavori
tav M01	Impianto Meccanico legenda
tav M02	Impianto Meccanico distribuzione Mandata
tav M03	Impianto Meccanico Mandata/Ripresa
tav M04	Sistemazioni Esterne
tav M04/A	Sistemazioni Esterne
tav M05	Schema Funzionale
tav IS01	Idrico Sanitario
tav GM01	Gas Medicali
tav 01	Lay out planimetria
tav 02	Lay out sezioni
tav 03	Opere edili per alloggiamento camera RF
tav 04	Viste interne per apertura varchi passaggio accessori camera RF

SERVIZIO TECNICO LOGISTICO

Responsabile

Dr.ssa Guglielmina Ortu

Responsabile del procedimento

Dr.ssa Guglielmina Ortu

Estensore

Ing. Fabio Francesco Farei

- tav 05 Distribuzione aria interno alla camera RF
- tav 06 Impianto elettrico interno alla camera RF
- tav 07 Estrazione gas criogeni (quench)
- tav 08 Linee isomagnetiche in campo libero - pianta
- tav 09 Linee isomagnetiche in campo libero - sezioni
- tav 10 Linee isomagnetiche confinate - pianta
- tav 11 Linee isomagnetiche confinate - sezioni
- tav A01 Stato dei luoghi
- tav A02 Demolizioni
- tav A03 Ricostruzioni
- tav A04 Finiture
- tav A05 Abaco finiture
- tav FT Programma di Manutenzione
- tav PSC Piano di sicurezza e di coordinamento

STRUTTURALI

- tav 01 Relazione opere strutturali
- tav ES01 Schema del rinforzo strutturale e confinamento magnetico a pavimento
- tav ES02 Fondazioni rinforzo strutturale e confinamento magnetico a pavimento esecutivo

CONSIDERATO che il progetto succitato è stato validato in data 07/10/2013, dall'Architetto Alessandro Calderari, incaricato dall'ATI GE Medical System – Dott. Mario Ticca, per la ASL n.6 di Sanluri dall' Esperto Responsabile Dott. Emanuela Tumminia e dall'Ingegnere Fabio Francesco Farci;

PROPONE di approvare il Progetto Esecutivo delle lavorazioni edili ed impiantistiche necessarie per la posa in opera di una Risonanza Magnetica del Presidio Ospedaliero, redatto dall'Architetto Alessandro Calderari;

DATO ATTO che la presente approvazione non costituisce impegno di spesa il quale è stato assunto a seguito della Deliberazione n°570 del 03.08.2012 e Deliberazione n. 650 del 25.09.2012;

ATTESTA sotto la propria responsabilità, la regolarità degli atti istruttori compiuti e esprime parere di legittimità in ordine alla proposta formulata

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

col parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

SERVIZIO TECNICO LOGISTICO

Responsabile

Dr.ssa Guglielmina Ortu *CO*

Responsabile del procedimento

Dr.ssa Guglielmina Ortu *CO*

Estensore

Ing. Fabio Francesco Farci *[Signature]*

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa

Di approvare il Progetto Esecutivo delle lavorazioni edili ed impiantistiche necessarie per la posa in opera di una Risonanza Magnetica del Presidio Ospedaliero, redatto dall'Architetto Alessandro Calderari e costituito dai seguenti elaborati:

IMPIANTI ELETTRICI

tav QE	Quadri Elettrici
tav QErM	Quadro Elettrico RM
tav E00	Legenda impianti elettrici
tav E00/A	Canalina distribuzione piano interrato
tav E01	Illuminazione Ordinaria
tav E02	Canalina Distribuzione
tav E02/A	Canalina distribuzione piano TERRA
tav E03	Rilevazione Fumi
tav E04	Forza Motrice
tav E05	Impianti speciali
tav E06	Equalizzazione del potenziale
tav E07	schema funzionale

EDILI ED IMPIANTISTICHE

tav RTG	RELAZIONE TECNICA GENERALE
tav CRO	Cronoprogramma Lavori
tav M01	Impianto Meccanico legenda
tav M02	Impianto Meccanico distribuzione Mandata
tav M03	Impianto Meccanico Mandata/Ripresa
tav M04	Sistemazioni Esterne
tav M04/A	Sistemazioni Esterne
tav M05	Schema Funzionale
tav IS01	Idrico Sanitario
tav GM01	Gas Medicali
tav 01	Lay out planimetria
tav 02	Lay out sezioni

SERVIZIO TECNICO LOGISTICO

Responsabile

Dr.ssa Guglielmina Ortu 

Responsabile del procedimento

Dr.ssa Guglielmina Ortu 

Estensore

Ing. Fabio Francesco Faresi 

- tav 03 Opere edili per alloggiamento camera RF
- tav 04 Viste interne per apertura varchi passaggio accessori camera RF
- tav 05 Distribuzione aria interno alla camera RF
- tav 06 Impianto elettrico interno alla camera RF
- tav 07 Estrazione gas criogeni (quench)
- tav 08 Linee isomagnetiche in campo libero - pianta
- tav 09 Linee isomagnetiche in campo libero - sezioni
- tav 10 Linee isomagnetiche confinate - pianta
- tav 11 Linee isomagnetiche confinate - sezioni
- tav A01 Stato dei luoghi
- tav A02 Demolizioni
- tav A03 Ricostruzioni
- tav A04 Finiture
- tav A05 Abaco finiture
- tav FT Programma di Manutenzione
- tav PSC Piano di sicurezza e di coordinamento

STRUTTURALI

- tav 01 Relazione opere strutturali
- tav ES01 Schema del rinforzo strutturale e confinamento magnetico a pavimento
- tav ES02 Fondazioni rinforzo strutturale e confinamento magnetico a pavimento esecutivo

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Paolo Cannas

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Antoni Farci

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Salvatore Piu

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</p> <p>Nome Struttura SERVIZIO TECNICO LOGISTICO</p> <p>Sigla Responsabile Dr.ssa Guglielmina Ortu <i>CO</i></p> <p>Sigla Responsabile proc. Dr.ssa Guglielmina Ortu <i>CO</i></p> <p>Estensore Ing. Fabio Francesco Farci <i>[Signature]</i></p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>_____</p>
---	--

SERVIZIO TECNICO LOGISTICO

Responsabile **Dr.ssa Guglielmina Ortu**
 Responsabile del procedimento **Dr.ssa Guglielmina Ortu**
 Estensore **Ing. Fabio Francesco Farci**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 11 Ottobre 2013 e che resterà in pubblicazione per 1consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 11 Ottobre 2013 con prot. n.6049



La segreteria generale

<p>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Ass.to Igiene e Sanità</p> <p>Preso atto nella seduta del _____ Con il n. _____</p>	<p>Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in seguito a pubblicazione all' albo dal _____ al _____ senza reclami e invio all'Organo di controllo in data _____ prot. n. _____</p>
--	---