

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA COMPRENSIVA DELLE LAVORAZIONI ACCESSORIE EDILI ED IMPIANTISTICHE NECESSARIE PER LA POSA IN OPERA, CHIAVI IN MANO, DI N. 1 APPARECCHIO RISONANZA MAGNETICA (RM), DELLA ASL DI SANLURI.

Precisazioni richieste e risposte

Precisazione n.1

Si conferma che i locali, oggetto di adeguamento, saranno consegnati alla ditta aggiudicataria liberi da arredi, tramezzi pavimentazioni, controsoffitti e impianti di qualunque natura, compresi eventuali materiali di risulta?

Risposta n.1

i locali saranno consegnati alla ditta aggiudicataria liberi da arredi, tramezzi pavimentazioni, controsoffitti e impianti di qualunque natura, compresi eventuali materiali di risulta.

Precisazione n.2

Si conferma che i consolidamenti nei locali magazzino, sottostanti le aree d’intervento, saranno posti a carico della Stazione Appaltante?

Risposta n.2

i consolidamenti nei locali magazzino, sottostanti le aree d’intervento, saranno posti a carico della ditta aggiudicataria.

Precisazione n.3

Si conferma che il punto di fornitura di energia elettrica di potenza, idonea alla funzionalità di apparecchiature e impianti di nuova fornitura, è ubicata nei locali finalizzati all’installazione del Tomografo a Risonanza Magnetica?

Risposta n.3

Il punto di fornitura di energia elettrica di potenza idonea è il quadro QT19 ubicato nel corridoio della radiologia.

Precisazione n.4

Si conferma che al locale magazzino, immediatamente sottostante il magnete, sarà inibito l'accesso a persone e cose?

Risposta n.4

NO, in quanto trattandosi di locale magazzino è consentito l'accesso a persone e lo stoccaggio di cose.

Precisazione n.5

Si conferma che nell'area d'installazione sono compresi i locali attualmente destinati alla sala comando TC e alla sala sviluppo ad essa adiacente?

Risposta n.5

SI

Precisazione n.6

Si conferma che il quadro economico prevede l'IVA al 21%

Risposta n.6

Si conferma che il quadro economico è quello indicato nel disciplinare di gara con Iva al 21%.

Il Responsabile del procedimento
Dr.ssa G.Ortu