

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
COMPRESIVA DELLE LAVORAZIONI ACCESSORIE EDILI ED
IMPIANTISTICHE NECESSARIE PER LA POSA IN OPERA, CHIAVI IN
MANO, DI N. 1 APPARECCHIO RISONANZA MAGNETICA (RM), DELLA ASL
DI SANLURI.**

Precisazioni richieste in data 24.04.2012

Precisazione n.1

Le opere di demolizione sono a carico della stazione appaltante?

Risposta n.1

SI

Precisazione n.2

Il quadro elettrico al quale attestare il collegamento elettrico per la RM è quello in corridoio

Risposta n.2

SI

Precisazione n.3

Si hanno 10 Kv di continuità assoluta (IPS) e si dove disponibile?

Risposta n.3

No, è a carico della Ditta aggiudicataria.

Precisazione n.4

In caso di partecipazione in ATI, il foglio di avvenuto sopralluogo deve essere formulato a nome di tutti i soggetti costituenti l'ATI o è sufficiente che sia a nome della mandataria?

Risposta n.4

SI, è sufficiente che sia a nome della mandataria.

Il Responsabile del procedimento
Dr.ssa G.Ortu

