

Spett.le Ditta  
Toshiba  
Via Canton n.115  
00144 Roma  
Fax 06 5295879

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA COMPRENSIVA DELLE LAVORAZIONI ACCESSORIE EDILI ED IMPIANTISTICHE NECESSARIE PER LA POSA IN OPERA, CHIAVI IN MANO, DI N. 1 APPARECCHIO RISONANZA MAGNETICA (RM), DELLA ASL DI SANLURI.**

### Precisazioni richieste in data 07.05.2012

Precisazione n.1

Le modalità di attribuzione del punteggio relativo al progetto delle opere di adeguamento locali.

**Risposta n.1**

**Non sono previsti punteggi da attribuire al progetto delle opere di adeguamento dei locali.**

Precisazione n.2

Quali gas medicinali occorrono nel reparto RM e il loro punto di allaccio all’eventuale impianto esistente.

**Risposta n.2**

**I gas medicinali occorrenti nel reparto RM sono : Ossigeno e Aria compressa medicale. Nel reparto di RM non vi sono punti di allaccio all’impianto centralizzato esistente.**

Il Responsabile del procedimento  
Dr.ssa G.Ortu